

Site Internet : [www.medical-developpement.com](http://www.medical-developpement.com)

# Tapis d'entraînement – S1830

*Fiche produit*

---



---

MEDICAL DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 100 000€ – SIRET 799 227 152 00011 – NAF 3230Z – N° TVA : FR63 799 227 152

17 ZA du pré de l'orme – 38760 VARGES ALLIERES ET RISSET

## Présentation générale

La nouvelle génération des grands tapis d'entraînement comme le **S1830** a été étudié et dimensionnés pour permettre les activités médicales et de recherche dans les domaines de la course à pied mais aussi des nouveaux sports comme le ski à roulette, le roller ... qui demandent une grande surface de travail.

- Le vitesse d'exploitation maximum est de 30km/h en standard (mais peut être augmentée jusqu'à 40km/h)
- Le réglage électrique de la pente est de -8% à +25%
- Equipé de deux barrières latérales réglables en largeur et d'une barrière frontale
- **Pour leur sécurité les utilisateurs doivent impérativement être retenus par un harnais, en particulier pour des vitesses de travail supérieures à 10km/h.**

## Domaines et limites d'utilisation :

L'équipement a été conçu pour les utilisations suivantes :

- **Marche et course à pied** : deux utilisateurs peuvent travailler simultanément.
- **Roller** : un seul utilisateur
- **Ski à roulettes** : un seul utilisateur
- **Fauteuil roulant** : un seul utilisateur
- **Bicyclette** :

Pour tenir compte de l'échauffement provoqué par la pratique de la bicyclette à grande vitesse, la sole support de la bande a été équipée sur la **moitié droite du tapis**, d'un refroidisseur à circulation d'eau en circuit fermé.

Bande : Le tapis est équipé d'une bande épaisse spéciale acceptant un certain niveau d'agression pour supporter des activités du type ski à roulette.